



**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-  
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI  
MOLECULARE**

Str. Donat 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA  
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060  
e-mail: [itim@itim-cj.ro](mailto:itim@itim-cj.ro), web: <http://www.itim-cj.ro>



I.N.C.D.T.I.M CLUJ-NAPOCA	
INTRARE	Nr. 745
IESIRE	
Ziua 22	Luna 04
	2020

Aprobat  
Director General  
Romulus-Valeriu Flaviu TURCU



**Clarificarea nr. 1**

la Documentatia de atribuire a contractului privind achizitia publica de  
**Echiptamente si aparatura de laborator**

Anunț de participare simplificat publicat in SICAP sub nr SCN1066762 / 14.04.2020,

**Solicitare de clarificare din partea unui potențial ofertant**

Înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. 744 / 21.04.2020

Prin care se solicita urmatoarele:

- 1) Referitoare la Caietul de sarcini, pct. 3.1. LOT 1, pct. 3.1.1. Denumirea: **Centrifuga**, pct. 3.1.2. Caracteristici tehnice  
7) "Capacitate de incarcare: minim 4 l"

**Întrebare:** "Conform specificatiilor tehnice solicitate de catre autoritatea dumneavoastra, se constata faptul ca solicitati ca centrifuga sa fie livrata cu 2 rotoare, capacitatea maxima de incarcare a celui mai mare rotor fiind de 600 ml, iar ca cerinta suplimentara solicitati o capacitate de incarcare de minim 4 litri. Acestea fiind date, acceptati va rog si o centrifuga superioara dpdv al vitezei de centrifugare si al specificatiilor tehnice de functionare, dar cu o capacitate maxima de incarcare suficienta tuturor tipurilor de aplicatii necesare activitatii dumneavoastra, de 1,6 litri? (4 x 400 ml)"

**Răspuns:**

**NU**, deoarece centrifuga solicitata va fi utilizata interdisciplinar si, trebuind sa raspunda nevoilor mai multor grupuri de cercetare, cerintele tehnice au fost stabilite astfel incat centrifuga sa aiba o capacitate de incarcare de minim 4 litri care sa permite echiparea ulterioara a acesteia cu rotoare care au aceasta capacitate de incarcare.



**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-  
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI  
MOLECULARE**

Str. Donat 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA  
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060  
e-mail: [itim@itim-cj.ro](mailto:itim@itim-cj.ro), web: <http://www.itim-cj.ro>



II) Referitoare la Caietul de sarcini, pct. 3.1. LOT 1, pct. 3.1.1. Denumirea: **Centrifuga**, pct. 3.1.2. Caracteristici tehnice

16) "Zgomotul in timpul functionarii mai mic sau egal cu 60 dB"

**Întrebare:** "Datorita faptului ca centrifuga cu racire oferita de catre compania noastra are o viteza de lucru superioara decat cea solicitata in caietul de sarcini, fapt care implica automat si o solicitare mai mare a motorului si un nivel de zgomot mai ridicat, acceptati va rugam si un nivel de zgomot  $\leq 68$  dBa?"

**Răspuns:**

**NU**, deoarece centrifuga va fi plasata intr-un laborator de chimie, unde se lucreaza in permanență, nivelul de zgomot in functionare al centrifugii fiind un factor important pentru asigurarea unor conditii propice de muncă in cadrul laboratorului.

**In concluzie, cerintele din Caietul de sarcini rămân neschimbate.**

Director Proiect,  
Claudiu FILIP

Compartiment Intern Specializat  
în Domeniul Achizițiilor,  
Ing. Radu TRUȘCĂ